

نتائج تقييم طلب العروض عدد 2024/1 20240600623

المتعلق باقتناء معدات وتجهيزات علمية لفائدة مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

تطبيقا للشروط المنصوص عليها بكراسات الشروط الخاصة بالطلب العروض عدد 2024/1 20240600623

*العروض التي تم إقصاؤها خلال عملية الفتح:

-عرض شركة Biopath ، أرسل العارض وثيقة الضمان المالي بعد الآجال.

-عرض شركة BMES ، لم يرسل العارض وثيقة التعهد المالي .

وعملا بالمنهجية المضبوطة بكراس الشروط الإدارية الخاصة تم تقييم العروض المقبول وتوصلنا إلى النتائج التالية:

✓ تم اسناد الأقساط كما يلي:

القسط عدد	العارض	مقبولية العرض	الترتيب المالي	التعليل
1	جميع العروض غير مقبولة			غير مطابقة فنيا La vitesse de lecture non conforme
2	AMS	عرض مقبول	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
3	Biofaster	عرض غير مقبول	1	غير مطابق فنيا: non Livré avec PC et Logiciel de pilotage
	Assislab	عرض مقبول	2	الأقل ثمنا ومطابق للخصائص الفنية المطلوبة
4	جميع العروض غير مقبولة			تجاوز العروض المقترحة للميزانية المرسودة لاقتناء هذا القسط
5	Nonobioscience	عرض مقبول		الأقل ثمنا ومطابق للخصائص الفنية المطلوبة
6	جميع العروض غير مقبولة			غير مطابقة فنيا *Dimension plateau: * Vitesse variable
7	Biolife	عرض مقبول	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
8	Nanobioscience	عرض مقبول	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة

العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	Performance La Industrielle	9
تم العدول عن اقتناء هذا القسط				10
عرض غير مطابق فنيا 1-Les filtres d'émission et excitation: On a demandé 4 filtres excitation et 4 filtres d'émission séparés mais Chez Bioer, TAMMRA, CY3, VIC/Hex sur le même filtre 2- Bioer propose Windows XP/Windows Vista/Windows7/Windows8 comme système d'exploitation. Ceci ne pas conforme avec les caractéristiques techniques exigées qui consiste à fournir un ordinateur avec Windows 10	1	عرض غير مقبول	Assislab	11
عرض غير مطابق فنيا: - Absence d'écran tactile, - Absence de gradient multizone - Plage volume non conforme - Absence de connectivité compte cloud, - Absence de sensibilité du système à 1,5 - Absence de marquage CE - Absence de certificat de conformité aux normes CE - Absence de garantie - Absence de service après-vente local agréé par le fabricant - Absence de mémoire interne 10GB - Absence de système d'exploitation Windows 10	2	عرض غير مقبول	Biofaster	
عرض غير مطابق فنيا: Absence de système de détection Caméra. Cependant le soumissionnaire propose un système de détection PMT (photomultiplicateur) <u>selon le prospectus technique</u>	3	عرض غير مقبول	Laboservices - Axatef Chatti	
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	4	عرض مقبول	HTDS	



12	جميع العروض غير مقبولة	غير مطابقة فنيا *Température *PH *Résolution
Colo rimét re13	أقصى عرض شركة AMS Labo	لأنها لا تعتبر شركة صغيرة على معنى الفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية
	La Performance	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
14	ألغي القسط عدد 14 Densitomètre de paillasse لتسرب خطأ فني عند اعداد الخصائص الفنية	
15	Tunlab	عرض غير مقبول
	1	Concentrateur demandé à pompe séparée et celui proposé à pompe intégrée عرض غير مطابق فنيا
	Nanobioscience	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
16	Biolife	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
17	La Performance	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
18	Tunlab	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
19	La Performance	عرض مقبول
	1	العرض الأقل ثمنا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة
20	أقصى عرض شركة Tunlab	لأنها لا تعتبر شركة صغيرة على معنى الفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية
	أقصى عرض شركة Biofaster	لأنها لا تعتبر شركة صغيرة على معنى الفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية



العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	La Performance	
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	Tunlab	21
لأنها لا تعتبر شركة صغرى على معنى الفصل عدد 20 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية	أقصى عرض شركة Tunlab			22
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	La Performance	
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	La Performance	23
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	La Performance	24
العرض الأقل ثمنًا والمطابق للخصائص الفنية المطلوبة	1	عرض مقبول	Tunlab	25

